

行政院環境保護署毒物及化學物質局 環境用藥藥效（效力）檢驗測定機關（構）檢 查評核要點

- 一、 行政院環境保護署（下稱本署）為建立指定環境用藥藥效（效力）檢驗測定機關（構）（下稱藥效檢測機構）之檢查機制，確保我國藥效實驗室之公正性、檢驗能力與數據品質，特訂定本要點。
- 二、 本要點所訂各項藥效（效力）檢測機關（構）之檢查及監督相關工作，由本署毒物及化學物質局（下稱本局）負責辦理。
- 三、 本要點所稱檢測機構，包括大學或獨立學院具有環境保護、生物、化學（工）、毒理、昆蟲或植物病蟲害等相關系所或具有環境用藥藥效（效力）檢測設備及設施之公、私立學術或研究機構。
- 四、 本局辦理藥效檢測機構檢查作業前，得事先徵詢藥效檢測機構意願，前開具意願之藥效檢測機構應依「申請事由應檢附資料或文件一覽表」（附件一）檢具文件或資料向本局提出申請，並依本局指定格式填具其資料（附件二）。
前項申請包括新申請、展延及變更。變更項目包括實驗室名稱、實驗室地址、執行試驗地點、試驗環境用藥種類、實驗項目或其他等。
- 五、 檢查方式分為實地檢查及書面檢查。
屬下列情形之一者，應辦理實地檢查：
 - （一）初次提出申請。
 - （二）既有指定藥效檢測機構經前次評核，其設施設備或人員訓練經委員提出意見需補正並已完成補正，仍應納入。
 - （三）既有指定藥效檢測機構於檢查時提出變更申請者。
前項情形以外而有下列情形之一者，則以書面檢查為原則：
 - （一）前次評核結果毋須補正且於檢查時未提出變更申請。
 - （二）既有指定藥效檢測機構經前次評核，其紀錄管理等

書面資料經委員提出意見需補正並已完成補正者。

(三) 取得國內外實驗室認證（如財團法人全國認證基金會(TAF)認證、國際標準組織(ISO)認證...等）者。

採書面檢查者，如經評估仍有必要辦理實地檢查者，則另安排實地檢查。

六、 檢查或評核結果有應補正事項者，經本局通知應限期補正者，應於期限內完成補正並回復本局補正情形。

七、 藥效檢測機構接獲本局通知檢查者，應於受檢當日，依檢查表之內容準備相關文件及紀錄，供委員檢查。藥效檢測機構因故未能依前項通知之檢查日期接受檢查者，應於接獲通知七日內敘明理由向本局申請變更檢查日期，其變更日期不得逾原通知檢查日期次日起算三十日，並以一次為限。

八、 本局為執行藥效檢測機構之檢查，得自行或委託具備公、私立學術、研究機構之環境保護、生物、化學(工)、毒理、昆蟲或植物病蟲害等領域之實驗室管理經驗，或現任(曾任)國際標準化組織實驗室、財團法人全國認證基金會認證登錄評審員等資格者擔任檢查委員。

九、 檢查人員應遵守下列事項：

(一) 參加本局或受委託執行單位辦理有關藥效檢測機構檢查會議。

(二) 依本要點檢查表內容，實施檢查。

(三) 不得洩漏受檢查之藥效實驗室所提供之資料及文件等內容。

(四) 不得與受檢查之藥效實驗室有不當利益關係。

(五) 與受檢查之藥效實驗室有利害關係者，應自行迴避。

十、 本局得依評核結果公告指定環境用藥藥效(效力)檢驗測定機關(構)。

十一、 本局為監督藥效檢測機構，得於公告指定期間派員實地檢查或要求提供相關書面資料，經檢查後有應限期改善之事項，屆期仍未改善者，或有規避阻撓檢查者，本局得公告終止指定。

附件一 申請事由應檢附資料或文件一覽表

申請事由 應檢附資料或文件		新申請	展延	變更實驗室名稱	變更實驗室地址	變更執行試驗地點	變更試驗環境用藥	變更實驗項目	其他
1	環境用藥藥效(效力)實驗室檢查申請表	○	○	○	○	○	○	○	
2	環境衛生用藥藥效實驗室自我檢查表	○	○				○	○	
3	實驗室相關證照、標示 ^{1,2}	○	○	○	○	○	△ ¹	△ ¹	
4	人員教育訓練證照、證書或紀錄	○	○				○	○	
5	實驗室區域配置圖	○	○			○	△ ²	△ ²	
6	實驗室緊急應變計畫	○	○			△ ³	△ ³	△ ³	
7	實驗動物照護及使用委員會審議通過之核准文件影本 ²	○	○			○	△ ⁴	△ ⁴	
8	實驗室標準操作手冊(如:人員、設施、儀器設備)	○	○				△ ⁵	△ ⁵	
9	儀器設備測試與校正紀錄(1年之內)	○	○				△ ⁵	△ ⁵	
10	藥效(效力)測試標準作業流程	○	○				○	○	
11	其他經中央主管機關指定之文件或資料								○

備註：

1. 如 TAF 認證核可證書、符合生物安全實驗室第 2 等級(P2)安全規範證明文件、毒化物運作場所標示...等。
 2. 考量試驗環境用藥種類與實驗項目之不同，無則免附。
 3. ○：必須檢附。
 4. △¹：如增列之實驗對象涉及微生物，應檢附符合生物安全實驗室第 2 等級(P2)安全規範證明文件。
 5. △²：如增列之實驗對象涉及微生物，應註明生物安全櫃、培養箱等相關設備配置情形。
 6. △³：如因變更執行試驗地點、試驗環境用藥種類或實驗項目，而調整修正緊急應變計畫時，應檢附新版緊急應變計畫。
 7. △⁴：如增列鼠類為實驗項目時，應檢附實驗動物照護相關核准文件。
- △⁵：如增列微生物為實驗項目時，應檢附生物安全櫃之標準操作手冊，及該設備相關之測試校正紀錄。

附件二 申請資料

環境用藥藥效（效力）實驗室檢查申請表

一、申請事由

- 新申請 展延
變更：實驗室名稱 實驗室地址 執行試驗地點
試驗環境用藥種類 實驗項目
變更說明【勾選變更者請詳述】：

二、實驗室基本資料

- (一) 學校及系所名稱^{*註1}：
(二) 實驗室名稱：
(三) 實驗室負責人：
(四) 實驗室地址：
(五) 執行試驗地點：
(六) 執行試驗人員^{*註1}共_____人

三、申請聯絡人資訊

- (一) 姓名：
(二) 聯絡電話：
(三) 電子郵件：
(四) 傳真：

四、試驗環境用藥種類

- 環境衛生用藥^{*註2}
環境用藥微生物製劑^{*註2}
污染防治用藥（水體油分散劑）^{*註3}

五、實驗項目

(一) 目前實驗室飼養之環境衛生有害生物

- 蚊子 蒼蠅 蟑螂 跳蚤 白蟻 螞蟻
衣蛾 火蟻 塵蟎 果蠅 蛾蚋 書蝨
臭蟲 鱗節蟲 扁蝨 蛆 蜘蛛 臺灣缺蠊
老鼠 衣魚 跳蟲 其他^{*註4}：

(二) 目前實驗室可進行藥效試驗之環境衛生有害生物

同(一)飼養有害生物【勾選此項以下免再重複勾選】

- 蚊子 蒼蠅 蟑螂 跳蚤 白蟻 螞蟻
衣蛾 火蟻 塵蟎 果蠅 蛾蚋 書蝨
臭蟲 鱓節蟲 扁蝨 蛆 蜘蛛 臺灣缺蠊
老鼠 衣魚 跳蟲 其他^{*註4}：

(三) 目前實驗室可進行藥效試驗但未飼養之環境衛生有害生物

- 蚊子 蒼蠅 蟑螂 跳蚤 白蟻 螞蟻
衣蛾 火蟻 塵蟎 果蠅 蛾蚋 書蝨
臭蟲 鱓節蟲 扁蝨 蛆 蜘蛛 臺灣缺蠊
老鼠 衣魚 跳蟲 其他^{*註4}：

(四) 目前可進行藥效試驗之微生物

- 仙人掌桿菌(*Bacillus cereus* BCRC 10603)
大腸桿菌(*Escherichia coli* BCRC 10675)
綠膿桿菌(*Pseudomonas aeruginosa* BCRC 10944)
沙門氏桿菌(*Salmonella choleraesuis* BCRC 10744)
金黃葡萄球菌(*Staphylococcus aureus* subsp. *aureus* BCRC 12657)
黑麴黴菌(*Aspergillus niger* BCRC 30130)
其他^{*註4}：

實驗室負責人簽章/日期：

*備註：

1. 學校系所請填列全銜；執行試驗人員請填列實際執行藥效(效力)人數。
2. 勾選後請填五(一)~(四)。
3. 勾選後免填五(一)~(四)。
4. 如有其他種類請自行增列。

環境衛生用藥藥效實驗室自我檢查表

日期： 年 月 日

一、學校及系所名稱：

二、實驗室名稱：

三、實驗室負責人：

四、檢附文件及資料【請提供影本佐證】：

- 實驗室相關證照
 - ISO 認證核可證書
 - TAF 認證核可證書
 - 毒化物運作場所標示
- 符合生物安全實驗室第 2 等級(P2)安全規範證明文件
- 實驗室區域配置圖
- 實驗室緊急應變計畫
- 實驗過程涉及脊椎動物實驗(如老鼠)之實驗動物照護及使用委員會審議通過之核准文件影本(無則免填)
- 實驗室標準操作手冊(如：人員、設施、儀器設備)
- 近 1 年內儀器設備測試紀錄
- 近 1 年內儀器校正紀錄
- 藥效測試方法標準作業流程
- 實驗室操作人員訓練紀錄、證照、證書
 - 環境用藥專業技術人員訓練合格證書
 - 生物安全官訓練紀錄
 - 安全訓練紀錄
 - 小型鍋爐操作人員特殊安全衛生教育訓練紀錄
- 其他：

一、組織與人事

項	名稱	內容	結果	備註
1-1	人員管理	實驗操作人員數量	全職：	
			兼職：	
			研究生：	
1-2	教育訓練	操作人員應經其實驗室主管或具 2 年以上操作經驗之人員訓練測試合格之證明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		定期實施實驗室安全教育訓練	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
1-3	管理人員 作業管理	操作人員需遵照「所有人員每學期至少進行 1 次」的規定執行閱讀、複習實驗室生物安全手冊或實驗室生物安全操作規範及標準作業規範	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		實驗室維持正常運作及管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		實驗室設施及設備定期檢測及維護	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		實驗室若列入管制需經許可始得進入實驗室	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		完整記錄各種意外事件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		發生實驗室生物安全意外事故時，向實驗室主管或實驗室主持人 (Principal Investigator, PI)報告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
1-4	檢驗及研究人員之 作業管理	操作人員閱讀、複習實驗室生物安全手冊或實驗室生物安全操作規範及標準作業規範，並遵照執行「所有人員每學期至少進行 1 次」	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		檢驗人員每學期是否依工作守則進行檢驗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		完整記錄各種意外事件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		發生實驗室生物安全意外事故時，向實驗室管理人員或 PI 報告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

項	名稱	內容	結果	備註
1-5	個人防護	實驗室人員對所處理之病原，進行適當之免疫接種檢測	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		作業人員參加特殊健康檢查，若有健康異常者進行管理處置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		操作人員熟悉緊急沖淋裝置及洗眼器的位置、操作方法	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
1-6	操作過程	抽菸	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		飲食	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		使用化妝品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		穿戴實驗衣	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		穿戴防毒口罩	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		穿戴橡膠手套	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

二、品保計畫

項	名稱	內容	結果	備註
2-1	度量衡之品質控制	品質控制(Quality Control)執行方式：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

三、設施

項	名稱	內容	結果	備註
3-1	實驗室清潔管理	專人管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		破碎玻璃器皿相關器具(如：粉碎機)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		定期除污(應由經過適當訓練的人員使用處理感染性物質專用的設備，加以隔離、除污及清理)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-2	清潔頻率	地板(頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		桌面(頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		架子(頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		窗戶(頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		牆壁(頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

項	名稱	內容	結果	備註
3-3	恆溫 培養箱/ 室	早、午記錄溫度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		日曬及溫差	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-4	實驗室安 全管理	設置急救箱	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		緊急沖淋裝置及洗眼器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		設有生物危害物質溢漏處理用品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		符合消防、安全衛生等相關法規	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		設置火警警報系統	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		生物安全手冊	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		記錄訪客進出	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		不具有非實驗必須的物件 (包含無關工作的動物或植物)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		入口張貼或懸掛相關證照	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		入口標示生物危害標誌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
	入口標示實驗室管理人員、 實驗室主管與緊急聯絡人之 姓名、職稱、聯絡方式(如手 機)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
3-5	養蟲室	獨立空間，並標示於門口	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		有害生物隔離飼養	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		化學品污染	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		空氣過濾設備	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-6	藥劑配製 室	獨立空間，並標示於門口	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		隔離性	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		通風設備管線定期進行維 修、測漏等工作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		人員管制措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		對外開啟的窗戶應加裝紗窗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-7	生物藥效 測試室	獨立空間，並標示於門口	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		有害生物隔離測試	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		化學品污染	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		空氣過濾設備	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		人員管制措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

項	名稱	內容	結果	備註
		對外開啟的窗戶應加裝紗窗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-8	觀察恢復室	獨立空間，並標示於門口	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		有害生物隔離	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		化學品污染	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		空氣過濾設備	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-9	桌面	長度 1.5m	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		照明 1000Lux	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		防火	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		防水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		耐酸、鹼、有機溶劑	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		防污染	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		支撐預期載重及用途	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-10	工作用椅	使用無孔防滲且易於消毒及除污的材質	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-11	廢棄物處理	廢液回收管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		污染物質回收處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		危害警示標誌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		生物廢棄物容器標示	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		試驗後對相關微生物或有害生物的處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

四、儀器設備、材料與試劑

項	名稱	內容	結果	備註	
4-1	度量衡	吸管、量筒及定量瓶	校正誤差<2.5%	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
			防腐蝕之材質	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
			外部查校 (頻率： 次 /)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
			內部查校 (頻率： 次 /)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		天平	稱量(2000g)精稱 1g	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
			微量天平(2g)精稱 1-0.1mg	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
			外部查校	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

項	名稱	內容		結果	備註
			(頻率：次 /)		
			內部查校 (頻率：次 /)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-2	試驗用水及設備	蒸餾水		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		逆滲透水		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		定期維護		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-3	養蟲設備	籠具		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		瓶罐		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-4	控蟲設備	幼蟲吸蟲管		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		成蟲吸蟲管		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-5	實驗器具	鑷子		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		刮勺		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-6	生物藥效測試室設備	<input type="checkbox"/> 玻璃筒	微量滴定器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		<input type="checkbox"/> 玻璃室	擊昏測試器材	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		<input type="checkbox"/> 玻璃箱	藥膜測試器材	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		內部查校(頻率：次/)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		外部查校(頻率：次/)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-7	計數器	數量：		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		定期校正(頻率：次/)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-8	計時器	數量：		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		定期校正(頻率：次/)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-11	顯微鏡	光學顯微鏡		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		解剖顯微鏡		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		內部查校(頻率：次/)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		外部查校(頻率：次/)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-12	抽氣櫃	運作		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		定期維護		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		內部查校(頻率：次/)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		外部查校(頻率：次/)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-13	生物安全櫃	安裝位置合乎規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		通過原廠所依循之國家檢測標準、產品認證及現場安裝檢測		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		運作		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

項	名稱	內容	結果	備註
		定期維護	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		內部查校(頻率: 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		外部查校(頻率: 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-14	恆溫培養箱	溫度記錄器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		警告裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-15	真空設備	離心機	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		幫浦	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		水流抽氣幫浦	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-16	高壓滅菌設備	高溫高壓蒸氣滅菌器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		曝露蒸氣管路包覆保溫	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		真空管路易 HEPA 過濾器或同等級的設備	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		運作功能正常	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		定期自動檢查表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		耐熱防護手套	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		外部查校(頻率: 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-17	<input type="checkbox"/> 冰箱 <input type="checkbox"/> 冷凍庫	標示生物危險標誌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-18	藥品儲存管理	特有空間(隔離)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		防火、防震	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		安全(防盜)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		溫度、溼度控制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		致癌性、放射性及生物性危害物質之包裝外有標示	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		相關材料、試劑與溶液的製備與標示	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		內部查核(頻率: 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		專人管制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

五、試驗體系

項	項目	內容	結果	備註
5-1	自主管理	培育或飼養的設施與環境條件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		取得、移轉、安置及物種特徵描述、確認、與照護等程序	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

項	項目	內容	結果	備註
		試驗前、進行試驗期間需對試驗昆蟲或微生物進行之準備、觀察、與檢測	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		試驗期間研究期間發現測試昆蟲不正常狀況之處理程序	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
5-2	防止有害生物入侵及脫逃措施	實驗有害生物防止脫逃措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		非實驗有害生物入侵防範措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
5-3	環境因子	溫度（最高/最低）	___°C/___°C	
		溫度控制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		相對濕度（最高/最低）	___%/___%	
		濕度控制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		光照控制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		通風	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
5-4	清潔度	侵入其他有害生物	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		餌料保存妥善	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		容器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		環境	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
5-5	麻醉方法	二氧化碳	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		乙醚	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		低溫	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

※實驗室飼養或試驗之有害生物或微生物種類

【請自行增列欄位，勾選飼養用或試驗用】

有害生物種類	中文名稱	學名	品系	用途
				<input type="checkbox"/> 飼養 <input type="checkbox"/> 試驗
				<input type="checkbox"/> 飼養 <input type="checkbox"/> 試驗
				<input type="checkbox"/> 飼養 <input type="checkbox"/> 試驗
				<input type="checkbox"/> 飼養 <input type="checkbox"/> 試驗
				<input type="checkbox"/> 飼養 <input type="checkbox"/> 試驗
				<input type="checkbox"/> 飼養 <input type="checkbox"/> 試驗
				<input type="checkbox"/> 飼養 <input type="checkbox"/> 試驗

六、標準操作程序

項	項目	內容	結果	備註
6-1	工作開始及終止時	清理並擦拭實驗室檯面	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		雙手都必須以清潔劑清洗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
6-2	藥劑使用	抽氣罩內操作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		生物安全櫃內操作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		吸管吸取藥	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		防污染措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		藥劑使用完畢隨時加蓋	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
6-3	緊急應變	蟲箱翻覆處理程序	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		實驗室緊急應變計畫	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
6-4	滅菌清運	高溫高壓蒸氣滅菌器或感染性廢棄物消毒滅菌及清運標準作業流程	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
6-5	文件保管	紀錄、試驗報告之保存	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

七、紀錄之保存、報告與存取

項	項目	內容	結果	備註
7-1	紀錄保存	使用電腦保管紀錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		各項計畫、原始數據、報告完整歸檔保存	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		保存於資料庫中文件或材料應有索引以利存取	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
7-2	資料管理	資料庫存取作適當紀錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

環境用藥效力實驗室自我檢查表

日期： 年 月 日

五、學校及系所名稱：

六、實驗室名稱：

七、實驗室負責人：

八、檢附文件及資料【請提供影本佐證】：

- 實驗室相關證照
 - ISO 認證核可證書
 - TAF 認證核可證書
 - 毒化物運作場所標示
- 教育訓練證照及證書
- 實驗室區域配置圖
- 實驗室緊急應變計畫
- 實驗室標準操作手冊（如：人員、設施、儀器設備）
- 近 1 年內儀器設備測試紀錄
- 近 1 年內儀器校正紀錄
- 效力測試方法標準作業流程
- 實驗室操作人員訓練紀錄、證照、證書
 - 環境用藥專業技術人員訓練合格證書
 - 生物安全官訓練紀錄
 - 安全訓練紀錄
 - 小型鍋爐操作人員特殊安全衛生教育訓練紀錄
- 其他：

一、組織與人事

項	項目	內容	結果	備註
1-1	人員管理	實驗操作人員	全職：	
			兼職：	
			研究生：	
1-2	教育訓練	操作人員應經其實驗室主管或具 2 年以上操作經驗之人員訓練測試合格之證明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		定期實施實驗室安全教育訓練	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
1-3	管理人員作業管理	實驗室維持正常運作及管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		實驗室設施及設備定期檢測及維護	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		實驗室若列入管制需經許可始得進入實驗室	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		完整記錄各種意外事件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		發生實驗室安全意外事故時，向實驗室主管或實驗室主持人(principal investigator; PI)報告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
1-4	檢驗及研究人員之作業管理	檢驗人員每學期是否依工作守則進行檢驗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		完整記錄各種意外事件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		發生實驗室安全意外事故時，向實驗室主管或實驗室主持人(principal investigator; PI)報告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
1-5	個人防護	作業人員參加特殊健康檢查，若有健康異常者進行管理處置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		操作人員熟悉緊急沖淋裝置及洗眼器的位置、操作方法	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
1-6	操作過程	抽菸	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		飲食	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		使用化妝品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		穿戴實驗衣	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		穿戴防毒口罩	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

項	項目	內容	結果	備註
		穿戴橡膠手套	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

二、品保計畫

項	項目	內容	結果	備註
2-1	度量衡之品質控制	品質控制 (Quality Control) 執行方式：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

三、設施

項	項目	內容	結果	備註
3-1	實驗室清潔管理	專人管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		破碎玻璃器皿相關器具 (如：粉碎機)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-2	清潔頻率	地板 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		桌面 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		架子 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		窗戶 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		牆壁 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-3	實驗室安全管理	設置急救箱	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		緊急沖淋裝置及洗眼器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		設有生物危害物質溢漏處理用品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		符合消防、安全衛生等相關法規	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		設置火警警報系統	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		生物安全手冊	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		記錄訪客進出	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		不具有非實驗必須的物件 (包含無關工作的動物或植物)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		入口張貼或懸掛相關證照	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		入口標示生物危害標誌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
入口標示實驗室管理人員、實驗室主管與緊急聯絡人之姓名、職稱、聯絡方式 (如手	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用			

項	項目	內容	結果	備註
		機)		
3-4	藥劑 配製室	獨立空間，並標示於門口	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		隔離性	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		通風設備管線定期進行維修、測漏等工作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		人員管制措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		對外開啟的窗戶應加裝紗窗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3-5	廢棄物 處理	廢液回收管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		污染物質回收處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		危害警示標誌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

四、儀器設備、材料與試劑

項	項目	內容	結果	備註	
4-1	度量衡	吸管、 量筒及 定量瓶	校正誤差<2.5%	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
			防腐蝕之材質	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
			外部查校 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
			內部查校 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		天平	稱量(2000g)精稱1g	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
			微量天平(2g)精稱 1-0.1mg	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
			外部查校 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
			內部查校 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4-2	試驗用 水及設 備	蒸餾水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
		逆滲透水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
		定期維護	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
4-3	計時器	數量：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
		定期校正 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
4-4	抽氣櫃	運作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
		定期維護	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
		內部查校 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		
		外部查校 (頻率： 次/)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用		

項	項目	內容	結果	備註
4-5	藥品 儲存	特有空間（隔離）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		防火、防震	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		安全（防盜）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		溫度、溼度控制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		致癌性、放射性及生物性危害物質之包裝外有標示	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		相關材料、試劑與溶液的製備與標示	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		內部查核（頻率： 次/ ）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		專人管制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

五、試驗體系

項	項目	內容	結果	備註
5-1	環境 因子	溫度（最高/最低）	___°C / ___°C	
		溫度控制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		相對濕度（最高/最低）	___% / ___%	
		濕度控制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		光照控制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		通風	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

六、標準操作程序

項	項目	內容	結果	備註
6-1	工作開始及終 止時	清理並擦拭實驗室檯面	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		雙手都必須以清潔劑清洗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
6-2	藥劑 使用	抽氣罩內操作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		吸管吸取藥	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		防污染措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		藥劑使用完畢隨時加蓋	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
6-3	緊急 應變	實驗室緊急應變計畫	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
6-4	滅菌 清運	高溫高壓蒸氣滅菌器或感染性廢棄物消毒滅菌及清運標準作業流程	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
6-5	文件	紀錄、試驗報告之保存	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

項	項目	內容	結果	備註
	保管			

七、紀錄之儲存與保留

項	項目	內容	結果	備註
7-1	紀錄保存	使用電腦保管紀錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		各項計畫、原始數據、報告完整歸檔保存	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
		保存於資料庫中文件或材料應有索引以利存取	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
7-2	資料管理	資料庫存取作適當紀錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	

○年度指定環境用藥藥效（效力）檢驗測定機關（構）檢（審）查意見回覆情形表

檢測機構名稱：

檢查日期：

項	檢查委員意見	受檢單位回覆

實驗室負責人簽名：_____

日期：